Для инсулиновой помпы ММТ-722

1. Калибровка сенсора.

Через 2 часа после запуска сенсора, помпа подаст сигнал о необходимости проведения калибровки.

- АСТ – сенсор – ввести изм ГК – стрелками ВВЕРХ ВНИЗ введите измеренное значение глюкозы крови с глюкометра – АСТ

Когда калибровать	Когда не калибровать
Удачное время: <ul style="list-style-type: none">• после пробуждения,• до еды• перед сном Глюкоза не меняется быстро (нет стрелок мониторе) и находится в пределах 2,2 ммоль/л– 22,2ммоль/л (оптимальный диапазон 5,0 - 12 ммоль/л.)	Когда есть стрелки на экране После приема пищи После коррекции глюкозы крови пищей или инсулином В процессе физической нагрузки

Калибруйте сенсор 2-4 раза в сутки, минимум 2 калибровки в день с 12 часовым интервалом (можно использовать значения ГК перед приемом пищи).

2. Потерянный сенсор.

Помпа не получает сигнал от трансмиттера (антенна в черном кружке на экране помпы) Используйте функцию **найд потер сенс** чтобы найти сенсор

-АСТ – сенсор – запуск сенсора – найд потер сен - АСТ

3. Статус сенсора.

Когда сенсор будет откалиброван, вы сможете видеть уровень глюкозы в реальном времени, данные за последние 3 часа, 24 часа.

- чтобы посмотреть данные за 3 часа, нажмите кнопку ESC 1 раз
- чтобы посмотреть данные за 24 часа, нажмите кнопку ESC 2 раза

4. Сенсор конец.

Через 72 часа работы сенсора, помпа напишет СЕНСОР КОНЕЦ, необходимо продолжить работу сенсора.

-АСТ – сенсор – запуск сенсора – новый сенсор – АСТ

Через 2 часа сделать калибровку.